



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate



Nummer

Number

HB-23-00657

Gegenstand

Object

46 Gebrauchsnormale der Genauigkeitsklasse: M1
Nennwert: 500 kg
Bauform: Zylindrisch, Rollgewicht

Identifikation

Identification

1-46

Hersteller

Manufacturer

-

Antragsteller

Applicant

Waagen Dammaschke GmbH
Brombeerweg 53
26180 Rastede

Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormale-Gewichtstück(en) PM08_400422_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für die Eichung und Prüfung von Gewichtstücken (GM-P8)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

Anzahl der Seiten

Number of pages

1

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 27.03.-29.03.2023

Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

26.03.2024

Prüfzeichen

Marking



23

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Bremen, 30.03.2023



Im Auftrag

On behalf of

Köhler