

Mess- und Eichwesen Niedersachsen

-Landesbetrieb-

Office of Legal Metrology of the State of Niedersachsen
(Germany)



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate

Nummer

Number

OLD-26-00089

Gegenstand

Object

Gewichtssatz

Genauigkeitsklasse: M2

30x 500 kg

Identifikation

Identification

Nr.: 99-128

WST-WD 190

Typ: Zylindergewichte

Hersteller

Manufacturer

Brenner

Antragsteller

Applicant

Waagen Dammaschke GmbH

Brombeerweg 53, 26180 Rastede

Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit dem Kontrollnormal Nr. 5 nach der GM-P 2.1 („Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke“) mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

Ergebnis

Result

Die Gewichtstücke entsprechen den Anforderungen der GM-P 2.1, Abs. 4.1 und der GM-P 2.3, Abs. 4.

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Rastede, 28. Januar 2026

Gültigkeit der Prüfung bis

This test is valid until

27. Januar 2027

Prüfzeichen

Marking



26

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This inspection certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Oldenburg, 29. Januar 2026

Im Auftrage

By order

Gerdes
Prüfer

van Loo
Betriebsstellenleiterin

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift und Siegel gültig.

This document was generated electronically and is valid without signature and seal.

Mess- und Eichwesen Niedersachsen
Betriebsstelle Eichamt Oldenburg-Emden
Artillerieweg 55
26129 Oldenburg

E-Mail
Eichamt.Oldenburg-Emden@men.niedersachsen.de
Internet
www.MEN.Niedersachsen.de

Telefon
0441 97178 0
Telefax
0441 97178 15